

**NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - 25/01/2025**  
**DEMONSTRATIVO DE ENSAIO PARA FISCALIZAÇÃO/VERIFICAÇÃO**

**QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Cod: 294405  
 Razão Social: ALÍCIO VILAR PONTES  
 Nome Fantasia: POSTO VILAR  
 CNPJ: 72.967.879/0001-42  
 Endereço: AV JOSÉ MARÃO FILHO, 3510 - Cotiço Prop. 294405  
 CEP: 15502-845 Telefone: (17) 3421-4966  
 Bairro: PÓLO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VOTUPORANGA Divisão: CENT  
 Município: VOTUPORANGA - SP

**FATO GERADOR**

INMETRO	SÉRIE	NR VERF	MARCA	INSTR	RES	VALOR
11440310	568608 A	725367-1	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 0ml (0%), Mínima = 0ml (0%) Selagem: H450327-7 H450328-5 H450329-8 H193507-4						
11440377	568608 B	725368-0	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = -20ml (-0,1%), Mínima = -20ml (-0,1%) Selagem: H9551794-8 H193508-7						
11440382	568609 A	725369-0	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 20ml (0,1%), Mínima = 0ml (0%) Selagem: H0294734-9 H739302-1 H450331-3						
11440383	568609 B	725369-5	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = -20ml (-0,1%), Mínima = -20ml (-0,1%) Selagem: H193509-1 H193510-4						
11441219	568611 B	725369-0	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 0ml (0%), Mínima = -20ml (-0,1%) Selagem: Q9551707-2 H193504-8						
11441218	568611 A	725369-4	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 20ml (0,1%), Mínima = -20ml (-0,1%) Selagem: H450332-4 H193503-9						
11441220	568619 A	725367-3	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 0ml (0%), Mínima = 0ml (0%) Selagem: H193511-1 H450333-0 H450333-0 H193503-0						
11441221	568619 B	725368-1	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 0ml (0%), Mínima = 0ml (0%) Selagem: H8920494-1 H450333-1 H450333-0 H193503-3						
11441234	568605 B	725369-8	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 0ml (0%), Mínima = 0ml (0%) Selagem: H6079476-4 H739317-7						
11441215	568605 C	725370-0	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 0ml (0,2%), Mínima = 20ml (0,1%) Selagem: H409010-7 H739378-9						
11441213	568605 A	725371-5	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 20ml (0,1%), Mínima = 0ml (0%) Selagem: H2979454-0 H739379-7 H450360-0 H450654-4 H739378-4						
11441215	568605 D	725372-0	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 0ml (0%), Mínima = 0ml (0%) Selagem: H2979457-8 H739375-6						
11440616	568604 D	725373-4	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 0ml (0%), Mínima = 20ml (0,1%) Selagem: H8920496-1 H9562310-5						
11440617	568604 C	725374-9	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 0ml (0%), Mínima = -40ml (-0,2%) Selagem: H2979458-3 H9562311-8						
11440615	568604 A	725375-3	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = -40ml (-0,2%), Mínima = -0ml (-0,0%) Selagem: H2979459-9 H450677-5 Q9552311-8						
11440618	568604 D	725376-8	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 0ml (0%), Mínima = 0ml (0%) Selagem: H450666-0 H450619-1 H450610-7 Q9552310-5						
15525649	005019	725377-2	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 0ml (0%), Mínima = 0ml (0%) Selagem: H4890014-8 1 H4890016-3						
15525650	005019	725378-7	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 0ml (0%), Mínima = 0ml (0%) Selagem: H4890013-5 1 H4890015-0						
15525647	005019	725379-1	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 0ml (0%), Mínima = 0ml (0%) Selagem: H4890016-3 1 H4890018-2						
15525648	005019	725380-4	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 20ml (0,1%), Mínima = 0ml (0%) Selagem: H4890011-0 1 H4890015-0						
11440626	568603 H	725381-9	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 0ml (0%), Mínima = 0ml (0%) Selagem: H8920497-0 H9562314-6						
11440627	568603 C	725382-3	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 40ml (0,2%), Mínima = 0ml (0%) Selagem: G1736457-6 H9562315-0						
11440625	568603 A	725383-8	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 0ml (0%), Mínima = 0ml (0%) Selagem: H2979461-5 H2985194-4						
11440628	568603 D	725384-2	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 0ml (0%), Mínima = -20ml (-0,1%) Selagem: H1736454-8 H739384-7 H739383-4						
11441227	568607 B	725385-7	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 0ml (0,2%), Mínima = 0ml (0%) Selagem: H6079468-2 H450633-1 H739374-5						
11441228	568607 C	725386-1	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 0ml (0%), Mínima = 0ml (0%) Selagem: H8920498-5 H739370-0						
11441225	568607 A	725387-6	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 20ml (0,1%), Mínima = 20ml (0,1%) Selagem: H8920499-2 H739372-8						
11441229	568607 D	725388-0	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 0ml (0%), Mínima = 20ml (0,1%) Selagem: G1736455-5 H739374-3 H739373-0						
11440625	568606 B	725389-6	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = -20ml (-0,1%), Mínima = 0ml (0%) Selagem: Q9552309-7 H450658-2 H450676-4						
11440626	568606 C	725390-8	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = -20ml (-0,1%), Mínima = 0ml (0%) Selagem: Q9552310-0 H450677-7 H450655-5 H450620-0						
11440624	568606 A	725391-2	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 0ml (0%), Mínima = -20ml (-0,1%) Selagem: G1736254-4 H450679-3 H450676-5 H450688-4						
11440627	568606 D	725392-7	WAYNE	0372	Aprovado	184,38
Erro nas vazões em 20L: Máxima = 0ml (0%), Mínima = 0ml (0%) Selagem: H4890010-9 H739381-9 H450643-6 H739380-6						
14942251	18612	725393-1	LORFER	0302	Aprovado	28,00
Selagem: G6294739-2						
14953668	22103	725394-8	LORFER	0303	Aprovado	28,00
Selagem: H7025723-0						

TOTAL: R\$ 5.566,40

Notificamos Vossa Senhoria, com fundamento nos arts. 5º, I e II, 11-A, § 1º, da Lei nº 9.933/1994, do lançamento de crédito tributário no valor de R\$ 5.566,40, o qual possui como fato gerador o exercício do poder da polícia manifestado na realização das atividades de Metrologia Legal discriminadas neste documento.

O contribuinte deverá efetuar o recolhimento da taxa através da Guia nº 2941036.13.186.07226-II anexa, até a data de vencimento, sendo-lhe facultada apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação.

Comunica-se que a ausência de pagamento ou impugnação de dentro do prazo ensejar inclusão no Cadin (Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal), após 75 dias, nos termos da Lei nº 10.522/2002, bem como inscrição em dívida ativa, prorrogação de multa e cobrança judicial.

*Plano*

Vilceus Diniz e Almeida Ramos  
 Diretor de Departamento - S.M. 21

**FISCALIZADO/ENSAIADO POR:**  
 FUNCIONÁRIO: Daniel Malzyner  
 MATRÍCULA: 470

IPEM - SP - Instituto De Pesos e Medidas Do Estado De São Paulo  
 R. Santa Cruz, 1922 - CEP:04122-002 - São Paulo - SP

FONE PARA CONTATO: (017) 3218-3022

Acesso: <http://www.ipem.sp.gov.br>

**Documento enviado para assinatura ao(S): NÃO HÁ OU NÃO O INFORMADO.**  
**Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.**  
**e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 05/09/2025 11:27:14 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.**  
**CHAVE DE ACESSO: PROT M-260650-3Q8H1C-4M2D8C | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.**

